Техническое задание
на счетчик лейкоцитарной формулы крови
СЛФ-ЭЦ-01-09(32)

№ п/п	Технические требования	Соответствие техническим требованиям
1.	**Назначение и общие требования**	
1.	Прибор должен поддерживать проведение следующих режимов счета: – подсчет лейкоцитарной формулы крови; – подсчет тромбоцитов; – подсчет ретикулоцитов; – подсчет миелограммы	 Наличие Наличие Наличие Наличие
1.1.	Потребляемая мощность, ВА, не более 10	Наличие
1.2.	Питание прибора - внешнее от сети ~ 220В, 50 Гц через преобразователь АС/АС = 7В, 1А	Наличие
1.3.	Класс потенциального риска по применению - 2а	Наличие
1.4.	Габариты не более 271 х 151 х 98 мм	Наличие
1.5.	Масса в комплекте поставки не более 1,5 кг	Наличие
2.	**Технические характеристики**	
2.1	Количество каналов счета: 9-16-24-32 (устанавливается программно)	Наличие
2.2.	Количество каналов индикации: 10-17-25-33	Наличие
2.3.	Максимальное количество подчитываемых клеток в каждом канале: 999	Наличие
2.4.	Суммарное максимальное количество подчитываемых клеток: 999	Наличие
2.5.	Автоматическое накопление в отдельном канале общего числа подсчитанных клеток по всем каналам	Наличие
2.6.	Коррекция (удаление) ошибочно введенных клеток в любом канале счета	Наличие
2.7.	Вывод на индикаторное табло содержимого каждого канала счета, включая суммарный канал, как в виде количества подсчитанных клеток, так и в виде процентного соотношения по отношению к общему количеству подсчитанных клеток.	Наличие
2.8.	Индикация превышения значения сосчитанных клеток, ограничивающего их точную индикацию (трехзначное число и двухзначный индикатор)	Наличие
3.	**Звуковая индикация**	
3.1.	Звуковая индикация: – при нажатии любой клавиши; – при достижении суммарного числа клеток, равного или кратного 100; – при переходе показаний индикатора от количества клеток к процентному соотношению	Наличие
3.2.	Звуковая индикация неправильных действий: – нажатие клавиш двух каналов счета одновременно; – попытка продолжения счета при достижении суммарного количества сосчитанных клеток значения 999;	Наличие

	– попытка дальнейшего уменьшения количества сосчитанных клеток в любом канале счета при достижении значения сосчитанных клеток равного 0	
3.3.	Блокировка клавиатуры при наличии звуковой индикации неправильных действий	Наличие
3.4.	Возможность отключения звуковой индикации нажатия любой клавиши	Наличие
4.	**Дополнительные требования**	
4.1..	Сменные панели для самостоятельной маркировки клавиш	Наличие
4.2.	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие
4.3.	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	Наличие